

Triệu Sơn, ngày 14 tháng 8 năm 2023

Số: 610 /CV-BVTS

V/v mời chào giá vật tư y tế.

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Về việc mời chào giá vật tư y tế.

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: *Mua vật tư y tế* với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn.
- Địa chỉ: 86 Lê Lợi - thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Nguyễn Hùng Hải
- Chức vụ: Trưởng khoa Dược
- Điện thoại: 0914322584
- Email: bvtsduoc@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn;
86 Lê Lợi - thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
- Nhận qua email: bvtsduoc@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 08h ngày 14/ 8 /2023 đến trước 17h ngày 24/ 8 /2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

120 ngày kể từ ngày kết thúc nhận báo giá (14/8/2023).

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý đơn vị./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website bệnh viện;
- Lưu: VT, KD, HĐMS

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Hân
Nguyễn Ngọc Hân

PHỤ LỤC
DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo yêu cầu báo giá ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn)

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Địa điểm cung cấp lắp đặt	Thời gian giao hàng dự kiến	Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán	Thông tin khác
	Giấy in nhiệt máy miễn dịch 11cm	Giấy in nhiệt, kích thước: rộng 11cm	Cuộn	10	Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn	Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đặt hàng	+) Tạm ứng: Không +) Thanh toán: Sau khi ký hợp đồng và nghiệm thu bàn giao đầy đủ hàng hoá và chứng từ thanh toán.	
2	Sample tip	- Chất liệu nhựa, màu đen - Dùng cho máy miễn dịch AIA-900 - 1000 cái/túi	Cái	5000				
3	Dây bơm máy điện giải	- Chất liệu cao su hoặc tương đương - Dùng cho máy điện giải ISE	Cái	2				
4	Oxy già	Hydrogen Peroxide 50%, dạng lỏng, quy cách: 30 lít/can	Lít	90				