

Triệu Sơn, ngày 12 tháng 4 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Về việc cung cấp khí Argon sử dụng cho máy PlasmaMED-GAP

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: *Mua khí Argon sử dụng cho máy PlasmaMED-GAP lần 1 năm 2024* với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

#### 1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn.
- Địa chỉ: Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá

#### 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Nguyễn Hùng Hải
- Chức vụ: Trưởng khoa Dược
- Điện thoại: 0914322584
- Email: [bvtsduoc@gmail.com](mailto:bvtsduoc@gmail.com)

#### 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn; Thị Trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
- Nhận qua email: [bvtsduoc@gmail.com](mailto:bvtsduoc@gmail.com)

#### 4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 08h ngày 12 / 4 /2024 đến trước 17h ngày 21 / 4 /2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

#### 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

120 ngày kể từ ngày kết thúc nhận báo giá (21/ 4 /2024).

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý đơn vị./

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Website bệnh viện;
- Lưu: VT, KD, HĐMS

GIÁM ĐỐC  
BỆNH VIỆN  
ĐA KHOA  
HUYỆN  
TRIỆU SƠN  
Nguyễn Ngọc Hân

**PHỤ LỤC  
DANH MỤC HÀNG HÓA**

(Kèm theo yêu cầu báo giá số 298/YCBG-BVTS ngày 12/4/2024 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn)

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Địa điểm cung cấp lắp đặt	Thời gian giao hàng dự kiến	Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán
1	Khí sử dụng cho máy phát tia plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương PlasmaMED-GAP	<ul style="list-style-type: none"><li>* Thành phần:<ul style="list-style-type: none"><li>- Bao gồm Argon độ tinh khiết 99,9995%</li><li>- H<sub>2</sub>O &lt; 3 ppm; N<sub>2</sub> &lt; 5 ppm; Oxygen &lt; 2ppm</li></ul></li><li>* Bình chứa:<ul style="list-style-type: none"><li>- Bình hợp kim nhôm dung tích 8 lít</li><li>- Kích thước: 159 x 8 x 615 (mm)</li><li>- Kích thước bao gồm nắp: 159 x 8 x 730 (mm)</li><li>- Áp suất an toàn của bình chứa: 250Bar</li><li>- Áp suất khí nén khi đầy: 130bar</li><li>- Thể tích khí trong bình (Khi giải nén): 1.040 lít</li></ul></li><li>* Chuẩn kết nối:<ul style="list-style-type: none"><li>- Nối nhanh cơ khí: NTP G 1/4 – 6 mm</li><li>- Giao diện nối điện tử: HDMI</li></ul></li></ul>	Bình	30	Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn	Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đặt hàng	<ul style="list-style-type: none"><li>+) Tạm ứng: Không</li><li>+) Thanh toán: Sau khi ký hợp đồng và nghiệm thu bàn giao đầy đủ hàng hoá và chứng từ thanh toán.</li></ul>