

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn.
- Địa chỉ: số 992 đường Lê Thái Tổ, Tổ dân phố Lê Lợi, Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Nguyễn Hùng Hải
- Chức vụ: Trưởng khoa
- Điện thoại: 0914.322.584.

3. Email: bvtsduoc@gmail.com

4. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng văn thư – Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn; Số 992 đường Lê Thái Tổ, Thị Trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
- Nhận qua email: bvtsduoc@gmail.com

5. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 08h ngày 09 / 12/2024 đến trước 16h ngày 18/12/2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

6. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày kết thúc nhận báo giá (18 / 12/2024).

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn

Yêu cầu báo giá bao gồm chi phí vận chuyển, bảo quản lắp đặt, vận hành chạy thử, bảo dưỡng thiết bị và toàn bộ loại thuế, phí liên quan.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đặt hàng.

4. Dự kiến về các khoản tạm ứng: Không

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý đơn vị./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.






**PHỤ LỤC
DANH MỤC HÀNG HÓA**

(Kèm theo yêu cầu báo giá số 1090/TB-BVTS ngày 09 tháng 12 năm 2024 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1.	Máy đo đường huyết Onetouch Ultra Plus Flex	<ul style="list-style-type: none">• Phạm vi đo: 10 tới 600 mg/dL hoặc 0,6 tới 33,3 mmol/L• Lượng mẫu máu: 0,5µl• Pin: 1 pin lithium 3V (CR2032)• Tuổi thọ của pin: Khoảng 200 lần đo (số lần đo thực tế có thể thấp hơn tùy theo điều kiện sử dụng)• Tiêu thụ năng lượng: 0,02W (tối đa)• Dung lượng bộ nhớ: 250 kết quả đo	3	Cái
2.	Bóng đèn hồng ngoại 250W	Bóng đèn hồng ngoại 220V/250W	25	Cái
3.	Đèn gù hồng ngoại chân đứng	Điện thế: 220V AC Công suất: 220V/60W - 250W Điện thế: Tùy thuộc vào bóng đèn. Dây nguồn : 2m8 - 3m Chiều cao: từ 1m – 1,7m Cổ định vị xoay linh động đến gần 360 độ. Khoảng rộng 30cm + 30cm	10	Cái
4.	Bóng đèn nguồn sáng máy nội soi dạ dày PENTAX - P 50h	Dùng cho máy nội soi dạ dày PENTAX - P	2	Cái
5.	Chổi rửa kênh sinh thiết máy nội soi dạ dày, tá tràng PENTAX - 100P	Dùng cho máy nội soi dạ dày PENTAX - P	1	Cái
6.	Bộ điện cực kẹp chi máy điện tim 6 cần	<ul style="list-style-type: none">• Dùng cho người lớn• Chất liệu: Niken• Đường kính đầu cắm: 3mm/4mm• Màu của 4 điện cực theo chuẩn IEC	2	Bộ
7.	Bộ núm điện cực máy điện tim 6 cần	<ul style="list-style-type: none">• Dùng cho người lớn• Chất liệu: Niken	2	Bộ



		<ul style="list-style-type: none"> • Đường kính đầu cắm: 3mm/4mm • Đường kính hút: 28mm 		
8.	Bộ dây cáp máy điện não NEUROFAX	Chiều dài dây : 1.2m Số lượng dây : 26 dây Đường kính trong LD1.5mm Kiểu Kép Áp dụng cho máy điện não Nihonkohden Mã hàng: MC025	1	Bộ
9.	Máy đo huyết áp điện tử bắp tay	Điện áp sử dụng: 100V-240 V Màn hình hiển thị LCD - Phương pháp đo: Dao động - Dải đo: <ul style="list-style-type: none"> • Huyết áp từ 0 tới 299 mmHg. Độ chính xác là ± 3 mmHg • Nhịp tim từ 40 tới 180 nhịp/phút. Độ chính xác là $\pm 5\%$ kết quả đo - Bơm hơi: Tự động, Xả hơi: van xả áp suất tự động - Bộ nhớ: Lưu kết quả đo cuối cùng - Định mức: DC 6V; 4W - Nguồn điện: 4 pin AA 1,5V - Chu vi vòng bít: 220mm – 320mm - Kích thước máy: 103mm x 80mm x 129mm - Trọng lượng máy chính: 250g	5	Cái
10.	Máy đo huyết áp cơ ALPK2	* Bao gồm: - 01 quả bóp hơi bằng cao su - 01 đồng hồ đo áp lực - 01 dây dẫn khí bằng nhựa - 01 bao đo bằng vải phù hợp với kích cỡ người lớn. - Đồng hồ có khoảng đo: 20 -300mmHg - Độ chính xác: ± 3 mmHg * 1 Bộ/Túi	5	Cái
11.	Bao huyết áp monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số	Tương thích với phần lớn các dòng Monitor theo dõi bệnh nhân trên thế giới: Nihon Kohden, Philips, BCI, Infinium, Spacelabs, Goldway, Mindray,.... Sử dụng cho người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh Có loại sử dụng 1 lần hoặc sử dụng nhiều lần, 1 dây hoặc 2 dây	4	Cái
12.	Bao huyết áp Omron Hem 7121 Bao đo huyết áp người lớn dùng nhiều lần cho máy đo huyết áp	Chất liệu vải nhựa y tế -Loại dùng nhiều lần Kích thước 25x35cm -Loại 1 ống (kèm theo đầu nối nhanh) -Áp dụng cho máy đo huyết áp	2	Cái



13.	Bao huyết áp BP-810 Bao đo huyết áp người lớn dùng nhiều lần cho máy đo huyết áp	Chất liệu vải nhựa y tế -Loại dùng nhiều lần Kích thước 25x35cm -Loại 1 ống (kèm theo đầu nối nhanh) -Áp dụng cho máy đo huyết áp	2	Cái
14.	Bao huyết áp Microlife Bao đo huyết áp người lớn dùng nhiều lần cho máy đo huyết áp	Chất liệu vải nhựa y tế -Loại dùng nhiều lần Kích thước 25x35cm -Loại 1 ống (kèm theo đầu nối nhanh) -Áp dụng cho máy đo huyết áp	1	Cái
15.	Bao đo huyết áp cơ ALPK2	Chất liệu vải nhựa y tế -Loại dùng nhiều lần Kích thước 25x35cm -Loại 1 ống (kèm theo đầu nối nhanh) -Áp dụng cho máy đo huyết áp	02	Cái
16.	Quả bóp huyết áp cơ	Chất liệu cao su cao cấp, khả năng chịu nhiệt cao, giúp người đo có cảm giác bóp vừa tay và nhẹ nhàng khi bơm khí	01	Cái
17.	Tuốc nơ vít lục giác cán gỗ các cỡ	Đầu lục giác, Lưỡi tua vít làm bằng thép cao cấp, rèn cứng, cán gỗ	5	Cái
18.	Mũi khoan phẫu thuật 3,5mm	Chất liệu thép không gỉ	10	Cái
19.	Mũi khoan phẫu thuật 4,5mm	Chất liệu thép không gỉ	10	Cái
20.	Máy khí dung	Kích thước máy: 186 (rộng) x 180 (cao) x 216 (dày) mm. - Trọng lượng: 2,8kg. - Tốc độ phun khí: 0,4ml/phút. - Dung lượng cốc thuốc: 7ml. - Kích thước hạt phun: 5 micromet.	01	Cái
21.	Cọc truyền	chất liệu INOX	02	Cái
22.	Hộp đựng dụng cụ thay băng rộng 25cm, dài 30cm cao 10cm	Kích thước 30x20x5cm , chất liệu INOX	20	Cái
Tổng: 22 khoản				

