

Số: /TB-BVTS
V/v yêu cầu báo giá

Triệu Sơn, ngày tháng 04 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn.
- Địa chỉ: số 992 đường Lê Thái Tổ, Tổ dân phố Lê Lợi, Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Trịnh Thị Minh
- Chức vụ: Q.Trưởng khoa Dược
- Điện thoại: 0989357986

3. Email: bvtsduoc@gmail.com

4. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng văn thư – Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn; Số 992 đường Lê Thái Tổ, Thị Trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
- Nhận qua email: bvtsduoc@gmail.com

5. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 08h ngày 17/04/2025 đến trước 16h ngày 27/04/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

6. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày kết thúc nhận báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục chi tiết tại Phụ lục đính kèm.
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn
Yêu cầu báo giá bao gồm chi phí vận chuyển, bảo quản lắp đặt, vận hành chạy thử, bảo dưỡng thiết bị và toàn bộ loại thuế, phí liên quan.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đặt hàng.
- Dự kiến về các khoản tạm ứng: Không
Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý đơn vị./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Hân

PHỤ LỤC
DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo yêu cầu báo giá số /TB-BVTS ngày tháng 4 năm 2025 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn)

STT	Tên vật tư, thiết bị	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1.	Máy đo huyết áp điện tử bắp tay	• Trọng lượng: 402 g (bao gồm cả pin) • Kích thước máy: 138 x 94.5 x 62.5 mm. • Quy trình đo: Đo dao động, tương ứng với phương pháp Korotkoff, giai đoạn I tâm thu, giai đoạn V tâm trương. • Vùng giá trị đo: 20-280 mmHg (Huyết áp); 40-199 nhịp tim/phút. • Vùng hiển thị áp suất dải quần: 0-299 mmHg. • Độ phân giải: 1mmHg • Độ chính xác tĩnh: Áp suất trong khoảng ± 3mm Hg. • Độ chính xác nhịp: $\pm 5\%$ giá trị thu được. • Nguồn điện thế: 4 pin AA 1,5V, bộ chỉnh lưu xoay chiều 6V	05	Cái
2.	Máy khí dung	Kích thước máy : 186 (rộng) x 180(cao) x 216 (dày) mm Trọng lượng : 2,8kg Tốc độ phun khí : 0,4ml/phút Dung lượng cốc thuốc : 7ml Kích thước hạt phun : 5 micromet	04	Cái
3.	Bao huyết áp monitor B2 loại 2 dây	Chất liệu vải nhựa y tế -Loại dùng nhiều lần -Tương thích với phần lớn các dòng Monitor theo dõi bệnh nhân trên thế giới: Nihon Kohden, Philips, sử dụng cho người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh Loại 2 dây	4	Cái
4.	Ống thổi đo chức năng hô hấp	Kích thước: 30mm x 70mm, đóng gói 100 cái /hộp	3.000	Cái
Tổng: 04 khoản				