

SỞ Y TẾ THANH HÓA
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
TRIỆU SƠN

Số: /TB-BVTS
V/v yêu cầu báo giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Triệu Sơn, ngày tháng 8 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Về việc mua kính hiển vi 2 mắt

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: **Mua kính hiển vi 2 mắt năm 2025** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn.
- Địa chỉ: 992 Lê Thái Tổ, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư, Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn; Số 992 Lê Thái Tổ, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
- Nhận qua email: bvtsduoc@gmail.com

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Trong vòng 10 ngày kể từ thời điểm đăng yêu cầu báo giá trên trang Website của Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn: <https://benhvientrieuson.vn>.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

90 ngày kể từ ngày kết thúc nhận báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý đơn vị./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website bệnh viện;
- Lưu: VT, KD, HĐMS

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Hân

PHỤ LỤC
DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo yêu cầu báo giá số /TB-BVTS ngày tháng 8 năm 2025 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn)

STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu về thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Địa điểm thực hiện	Dự kiến ngày hoàn thành
1	Kính hiển vi hai mắt	Cấu hình cung cấp bao gồm: - Thân kính hiển vi 2 mắt kèm theo nguồn sáng đèn LED: 01 cái - Thị kính chống mốc 10x, đường kính vi trường rộng 20 mm, có chia độ Diop: 02 cái. - Vật kính chống mốc – phẳng 4X/0.10, khoảng cách làm việc 27.8 mm: 01 cái - Vật kính chống mốc – phẳng 10X/0.25, khoảng cách làm việc 8.0 mm: 01 cái - Vật kính chống mốc – phẳng 40X/0.65, khoảng cách làm việc 0.6 mm: 01 cái - Vật kính chống mốc – phẳng 100X/1.25 oil, khoảng cách làm việc 0.13 mm, soi dầu, có lò xo: 01 cái - Tụ quang có độ mở 1.25, có thể điều chỉnh màn chắn sáng và độ cao: 01 cái - Bàn để mẫu kèm theo bộ phận di mẫu X x Y: 76 x 30 mm: 01 cái - Dầu soi: 8 cc. - Bao máy: 01 cái - Dây điện nguồn: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ Thông số kỹ thuật: Hệ thống quang học: Vô tiêu (infinity optical system). Độ dài tiêu cự vật kính 45 mm Đầu quan sát hai mắt, có thể điều chỉnh khoảng cách giữa hai đồng tử 48 - 75mm. Có vòng chỉnh độ diop phù hợp với từng người quan sát. Thị kính chống mốc 10X, quang trường rộng F.N 20, góc nhìn 30 ⁰ , mỗi thị kính có điều chỉnh độ Diop Ổ gắn vật kính: Dạng mâm xoay 360°, có 4 vị trí lắp vật kính. Vật kính + Vật kính phẳng chống mốc ”Plan achromat” 4X/0.10, khoảng cách làm việc 27.8 mm;	Cái	01	Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn	30 ngày

STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu về thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Địa điểm thực hiện	Dự kiến ngày hoàn thành
		+ Vật kính phẳng chống mốc ”Plan achromat” 10X/0.25, khoảng cách làm việc 8 mm; +Vật kính phẳng chống mốc”Plan achromat” 40X/0.65, khoảng cách làm việc 0.6 mm; + Vật kính phẳng chống mốc ”Plan achromat” 100X/1.25 oil, khoảng cách làm việc 0.13 mm; Bàn để mẫu: Có kích thước 174 x 89 mm, có bộ phận giữ mẫu và dịch chuyển mẫu theo hai chiều X-Y. Núm chỉnh di chuyển loại đồng trục bố trí bên phải. Hành trình di chuyển mẫu: X x Y: 76 x 30 mm Tụ quang: Có độ mở 1.25 dùng cho kỹ thuật trường sáng, có 6 mức độ điều chỉnh màn chắn sáng từ 1.8 – 29 mm, có núm dịch chuyển hộp tụ quang lên xuống Nguồn sáng: Đèn LED, công suất 0.5 W, tuổi thọ dài 20.000 giờ Điều chỉnh tiêu cự: + Giới hạn điều chỉnh tiêu cự 15 mm. + Độ chính xác của điều chỉnh tiêu cự tĩnh là 2.5µm. + Điều chỉnh tĩnh 0.3 mm/vòng quay - Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, hàng mới 100% chưa qua sử dụng. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương				
	Tổng cộng: 01 khoản					