

Số: 1518 /TB-BVTS
V/v yêu cầu báo giá

Triệu Sơn, ngày 04 tháng 9 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Sửa chữa, gia cố cửa chắn tia X phòng X-Quang

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: **Sửa chữa, gia cố cửa chắn tia X phòng X-Quang** cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn.

Địa chỉ: Số 992 Lê Thái Tổ, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư, Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn; Số 992 Lê Thái Tổ, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Nhận qua email: bvtsduoc@gmail.com

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Trong vòng 5 ngày kể từ thời điểm đăng tải yêu cầu báo giá trên trang website Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày kết thúc nhận báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

2. Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý đơn vị./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD

GIÁM ĐỐC



Lê Đình Tiệp

PHỤ LỤC
DANH MỤC DỊCH VỤ

(Kèm theo yêu cầu báo giá số **158** /TB-BVTS ngày **04** tháng **9** năm 2026 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn)

STT	Danh mục dịch vụ	Yêu cầu dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Địa điểm thực hiện	Yêu cầu khác
1	Sửa chữa, gia cố cửa chắn tia X phòng X-Quang	- Thông số cửa: gồm 2 cánh : + 1 cánh: rộng 650mm x dài 2800mm - Cụ thể: gia công lại toàn bộ cửa + Ốp thêm 1 lớp chì dày 1mm + Lãm lại khung cửa bằng thép ống, hộp mạ kẽm + Lắp đặt bộ ray treo HAFELE chuyên dùng cho cửa trượt (Ray treo nhôm dài 3m, 4 bánh)	Gói	1	Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn	Giá đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển, tại bệnh viện Triệu Sơn
	Tổng cộng: 01 khoản					

